



KRAS G13D Reference Standard (38G>A)

KRAS基因G13D标准品(38G>A)

目录号：CW2766S (1 µg)

保存条件：-70°C保存。

产品内容

Component	CW2766S
	1 µg
KRAS G13D Reference Standard (38G>A)	1 µg (10 ng/µl)

产品简介

KRAS基因G13D标准品(38G>A)可作为标准物质用于KRAS基因G13D的定性检测以及质量控制。本品来源于特定细胞培养后提取的基因组DNA，采用NGS方法定量突变频率为50%±5%，采用Qubit™ 2.0 Fluorometer定量浓度为10 ng/µl。

使用前准备及注意事项

使用前应先从冰箱内取出，平衡至室温后离心再打开瓶盖使用。样品开封后，应尽快恢复密封状态。